

Camaragibe, 06 de outubro de 2022.

MEMORANDO Nº 798/2022 - SESAU

Para: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Att.: Sr. Givanildo Medeiros do Nascimento – Pregoeiro Oficial

Prezado Senhor,

Cumprimentando Vossa Senhoria, e em resposta ao MEMO nº 711/2022 - CPL, estamos encaminhando parecer técnico da Coordenadora de Saúde Bucal, sra. Maria Valdelice Fernandes de Assis, referente ao Processo Licitatório nº 092/2022, Pregão Eletrônico nº 012/2022, cujo objeto é aquisição de Equipamentos Odontológicos (compressores e aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato para profilaxia), para atender as necessidades do Centro de Especialidades odontológicas - CEO e UBS's da Atenção Primária.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO FERNANDO AMATO BOTELHO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Departamento de Licitação
Recebido em: 06/10/22 às 11:15 h


PARECER TÉCNICO

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

LOTE 1

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO

EMPRESA CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Apresentado atestado fornecido pelo Hospital Otávio de Freitas, o mesmo não especifica, não cita, o objeto da licitação, no caso compressor de ar odontológico. Atesta que a empresa é fornecedora de Material Odontológico.

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Apresentado Licença Sanitária da Vigilância Sanitária do município de Igarassu.

Processo : LS 1-127/2021

Validade : 03/09/2022

Apresentado protocolo de solicitação de licença sanitária processo nº LS 1077/2020, datado de 25/08/2022.

Apresentado cópia do decreto 74.170 de 10 de junho de 1974. (art 19 a 22 trata da prorrogação de validade da licença)

ART. 19. A LICENÇA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS MENCIONADOS NO ARTIGO 14, É PRIVATIVA DA AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI NÚMERO 5.991, DE 17 DE



DEZEMBRO DE 1973, NESTE REGULAMENTO, E NA LEGISLAÇÃO SUPLETIVA, SE HOVER.

ART. 20. A LICENÇA SERÁ VÁLIDA PELO PRAZO DE UM ANO, PODENDO SER REVALIDADA POR PERÍODOS IGUAIS E SUCESSIVOS.

ART. 21. OS ESTABELECIMENTOS REFERIDOS NOS ITENS X E XI DO ARTIGO 2º DESTE REGULAMENTO, PODERÃO MANTER FILIAIS OU SUCURSAIS QUE SERÃO LICENCIADAS COMO UNIDADES AUTÔNOMAS E EM CONDIÇÕES IDÊNTICAS ÀS DO LICENCIAMENTO DA MATRIZ OU SEDE.

ART. 22. A REVALIDAÇÃO DA LICENÇA DEVERÁ SER REQUERIDA ATÉ CENTO E VINTE (120) DIAS ANTES DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA.

§ 1º SOMENTE SERÁ CONCEDIDA A REVALIDAÇÃO SE CONSTATADO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A LICENÇA ATRAVÉS DE INSPEÇÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE.

§ 2º SE A AUTORIDADE SANITÁRIA NÃO DECIDIR O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DA LICENÇA, CONSIDERAR-SE-Á AUTOMATICAMENTE PRORROGADA AQUELA ATÉ A DATA DA DECISÃO.

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Apresentado publicação do Diario Oficial da União de 23 de setembro de 2019 com a autorização.

Apresentado autorização de funcionamento da ANVISA – Cadastro : 8.18691

Processo : 25351.469678/2019-72

REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO

Não foi possível acessar o link fornecido pela empresa.

Pesquisa realizada no site www.gov.br/anvisa - Setor Regulação – Produtos NÃO REGULADOS como dispositivos medicos. Categoria 3 – Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar – Item 18 – Compressor de Ar. (Não necessita de registro).

CONCLUSÃO

A Empresa apresentou o que o edital solicitou, o equipamento ofertado contempla a especificação.



LOTE 2

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO

EMPRESA DENTMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Apresentado atestado pela empresa.

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ANVISA

Informação apresentada pela empresa

Fonte: Consulta ao site ANVISA em 30/09/2021

Cadastro : 8.03.496-0 22/01/2007

Nº processo : 25351.476701/2006-61

APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Alvará NUVISA/SRS/BH N° 048/2020 – Validade 31/07/2023

APRESENTAÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO

Registro Anvisa – 80349600008

Fonte site – www.anvisa.gov.br

CONCLUSÃO

A Empresa apresentou o que o edital solicitou, o equipamento ofertado contempla a especificação.



EMPRESA BH DENTAL COMERCIAL EIRELI PP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa não citam o equipamento Ultrassom Odontológico, porém a empresa apresenta declarações de fornecimento de equipamentos odontológicos em geral.

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

Apresentado Alvará com validade 14/10/2023

Nº 2021086902

Processo: 147782

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ANVISA

Apresentou documento do site ANVISA consulta realizada em 27/10/2021

Publicação no Diário Oficial da União de 28 de setembro de 2019

APRESENTAÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO


Registro Anvisa – 80349600008

Fonte site – www.anvisa.gov.br

CONCLUSÃO

A Empresa apresentou o que o edital solicitou, o equipamento ofertado contempla a especificação.

Camaragibe , 04 de Outubro de 2022.



Maria Valdelice Fernandes de Assis
Coordenação de Saúde Bucal

Mat. 4.0000456-6

COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

Memorando nº 711/2022-CPL

Camaragibe-PE, 28 de setembro de 2022.

Ao

Sr. Antonio Fernando Amato B. dos Santos

Secretário de Saúde

Assunto: Análise Habilitação Técnica

Ref.: Processo Licitatório nº 092/2022 sob a Modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2022, Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de Equipamentos odontológicos (compressores e aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato para profilaxia) para o CEO (Centro de Especialidades Odontológica) e UBS da Atenção Primária, conforme especificações constantes no Apêndice I deste Termo de Referência.

Prezado(a) Senhor(a),

Com os nossos cumprimentos, solicitamos Parecer/Análise Técnica referente à Qualificação Técnica e Registro dos produtos ofertados na ANVISA das empresas participantes.

Na oportunidade, encaminhamos para o email institucional da SESAU, os seguintes documentos:

1. ATA DA SESSÃO DE DISPUTA
2. RELATÓRIO "PROPOSTAS DO PROCESSO"
3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Salienta-se que a documentação foi extraída da plataforma da BNC onde se realizou o certame.

Os parâmetros para análise do registo dos produtos está presente no item 8.2, enquanto a habilitação técnica deve ser observado o item 10.3 do edital.

No relatório Propostas dos Processos constam link de acesso para download das documentações anexadas pelas empresas participantes.

Ante o exposto, informo que a documentação foi enviada para os emails institucionais da SESAU sesau@camaragibe.pe.gov.br e da Diretoria Administrativa-SESAU dadma.sesau@camaragibe.pe.gov.br.

O Parecer Técnico deverá ser expedido em caráter de Urgência em até 05 (cinco) dias úteis, a fim de evitar morosidade e prejuízo do interesse público.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à inteira disposição para quaisquer outras informações que se entenda necessárias e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

GIVANILDO MEDEIROS DO NASCIMENTO
Pregoeiro Municipal

**GIVANILDO
MEDEIROS
DO
NASCIMENTO:**
83042415
449

Assinado digitalmente por
GIVANILDO MEDEIROS
DO NASCIMENTO:
83042415449
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=AC Soluti Multipla v5,
OU=2986297069178,
OU=Presencial,
OU=Cartificado PF A3,
CN=GIVANILDO
MEDEIROS DO
NASCIMENTO:
83042415449
Razão: Este é o autor deste
documento
Localização: sua localização
de assinatura.iqd
Data: 2022.09.29 11:20:
33-03707
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**Análise Habilitação Técnica Ref.: Processo Licitatório nº 092/2022 sob a Modalidade Pregão Eletrô...**

De: Comissão Permanente de Licitação de Camaragibe

Para: dadma.sesau@camaragibe.pe.gov.br , sesau@camaragibe.pe.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Análise Habilitação Técnica Ref.: Processo Licitatório nº 092/2022 sob a Modalidade Pregão Eletrô...

Enviada em: 28/09/2022 | 11:22

Recebida em: 28/09/2022 | 11:22

AtaSessaoDi... .pdf 35.82 KB

Informacaoe... .xlsx 8.76 KB

PropostasPr... .pdf 111.50 KB

VencedoresP... .pdf 12.99 KB

MEMORANDO-7... .pdf 177.61 KB



Memorando nº 711/2022-CPL

Camaragibe-PE, 28 de setembro de 2022.

Ao

Sr. Antonio Fernando Amato B. dos Santos

Secretário de Saúde

Assunto: Análise Habilitação Técnica

Ref.: Processo Licitatório nº 092/2022 sob a Modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2022, Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de Equipamentos odontológicos (compressores e aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato para profilaxia) para o CEO (Centro de Especialidades Odontológica) e UBS da Atenção Primária, conforme especificações constantes no Apêndice I deste Termo de Referência. Prezado(a) Senhor(a),

Com os nossos cumprimentos, solicitamos Parecer/Análise Técnica referente à Qualificação Técnica e Registro dos produtos ofertados na ANVISA das empresas participantes.

Na oportunidade, encaminhamos para o email institucional da SESAU, os seguintes documentos:

1. ATA DA SESSÃO DE DISPUTA
2. RELATÓRIO "PROPOSTAS DO PROCESSO"
3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Salienta-se que a documentação foi extraída da plataforma da BNC onde se realizou o certame.

Os parâmetros para análise do registro dos produtos está presente no item 8.2, enquanto a habilitação técnica deve ser observado o item 10.3 do edital.

No relatório Propostas dos Processos constam link de acesso para download das documentações anexadas pelas empresas participantes.

Ante o exposto, informo que a documentação foi enviada para os emails institucionais da SESAU sesau@camaragibe.pe.gov.br e da Diretoria Administrativa SESAU dadma.sesau@camaragibe.pe.gov.br.

O Parecer Técnico deverá ser expedido em caráter de Urgência em até 05 (cinco) dias úteis, a fim de evitar morosidade e prejuízo do interesse público.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à inteira disposição para quaisquer outras informações que se entenda necessárias e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

GIVANILDO MEDEIROS DO NASCIMENTO

Pregoeiro Municipal

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Camaragibe
Fone: 2129-9532