PREFEITURA DE
CAMARAGIBE

SESAU
SECRETARIA DE SAÚDE
CAMARAGIBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Camaragibe, 01 de março de 2021.

Memorando nº 082/2021 - SESAU

À Comissão Permanente de Licitação - CPL

Senhor Pregoeiro,

Acusando o recebimento do Memorando nº 069/2021 – CPL que encaminha o pedido de esclarecimento aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2020 apresentado pela empresa **Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda**, vimos através do presente prestar os devidos esclarecimentos, conforme segue:

No pedido de esclarecimento a referida empresa indaga acerca do tamanho do papel a ser utilizado na impressão do exame de ECG, equipamento especificado no item 35 do processo licitatório em comento, sugerindo que fosse utilizado o papel no formato A4, visto que agiliza o tempo do profissional para analisar todas as derivações do devido exame.

Inicialmente é importante mencionar que os equipamentos médico-hospitalares a serem adquiridos na licitação em comento serão custeados através de Emendas Parlamentares provenientes da União, e por isso foi adotada a especificação constante no SIGEM – Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde, o qual traz o detalhamento dos equipamentos com a especificação dos mesmos e o valor de referência.

Assim, a especificação constante no SIGEM foi a adotada no Pregão em comento, não constando nenhuma exigência acerca do tamanho do papel a ser impresso o resultado do exame, ficando a critério das empresas ofertarem o tamanho de acordo com o equipamento que vender, podendo tanto ser no tamanho A 4 como em outro tamanho.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Antonio Fernando Amato Botelho dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

RECEBIDO EM:
Data 01 / 03 / 21