

**PE 024/2020 - ITEM 35**

De: Glauce Marconato

Para: [cpl@camaragibe.pe.gov.br](mailto:cpl@camaragibe.pe.gov.br)

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: PE 024/2020 - ITEM 35

Enviada em: 04/03/2021 | 16:39

Recebida em: 04/03/2021 | 16:39

image001.png **18.01 KB**

image002.png **904 B**

image003.jpg **14.90 KB**

Boa tarde Sr. pregoeiro, referente ao PE 024/2020 item 35, a empresa Alfamed ofertou equipamento da Marca Alfamed, modelo Compassus 3000, no entanto este equipamento não atende a solicitação do edital conforme segue:

Não possui 12 canais direto no console, este modelo possui apenas 03 canais.



Cabe ressaltar, que perdemos o prazo para envio do recurso, e que houve apenas avaliação dos documentos de habilitação, gostaria de saber se a Prefeitura irá adquirir o equipamento mesmo sem atender ao do descritivo do edital?

Desde já agradecemos e solicitamos que seja feita avaliação do equipamento ofertado para que a compra seja realizada de acordo com o exigido em edital.

Att.

**Glauce Marconato**  
departamento de licitações

(41) 2102-8344 | Ramal 8312



Assista [aqui](#) o Manifesto MD®